



EU - Declaration of Conformity
EU - Konformitätserklärung





We **RMG Messtechnik GmbH**
Wir Otto – Hahn – Straße 5
35510 Butzbach
Germany

Declare under our sole responsibility that the product is in conformity with the directives. Product is labeled according to the listed directives and standards and in accordance with the Type-Examination.


Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt konform ist mit den Anforderungen der Richtlinien. Das entsprechend gekennzeichnete Produkt ist nach den aufgeführten Richtlinien und Normen hergestellt und stimmt mit dem Baumuster überein.

Product **ERZ2000-NG Family**
Produkt **ERZ2000-NG Familie**

Directive <i>Richtlinie</i>	EMV	ATEX	Bauartzulassung Eichamt
EC- Directives <i>EG-Richtlinie</i>	2004/108/EG	2014/34/EU	Eichgesetz §13 PTB-A 7-4 PTB-A 7.61 PTB-A 50.1 PTB-A 50.7 2004/22/EG bis 19.04.2016 2014/32/EU ab 20.04.2016
Product marking <i>Produktkennzeichnung</i>	 0102, 0158	 II (2)G [Ex ia Gb] IIC	7.732 / 13.50 7.743 / 13.20 7.543 / 13.13 DE-13-MI002-PTB003
Standards <i>Normen</i>	IEC 61000-4-2: 2008 IEC 61000-4-3: 2006 +A1:2007 + A2:2010 IEC 61000-4-4: 2004+A1:2010 IEC 61000-4-5: 2005 IEC 61000-4-6: 2008 IEC 61000-4-8: 2009 EN61000-4-11:2004 EN61000-4-28:1999 +A1:2001 + A2:2009 EN61000-4-29:2000 EN 61000-3-2:2006 EN61000-3-3:2008 EN61000-6-3:2007 IEC 60068-2-78:2001 IEC 60068-2-30:2005 EN 60068-2-2:2007	EN 60079-0: 2012 EN 60079-11: 2012	DIN EN ISO 6976:2005 EN12405-1:2005 +A2:2010 EN12405-3:2012 EN12405-2(ECD)
EC Type-Examination <i>EG-Baumusterprüfung</i>	Prüfbericht / Test Report: FS-1210-222569 (Nemko GmbH) Technischer Bericht Nr. 713014598 (TÜV – SÜD)	TÜV 06 ATEX 553139X	7.732 13.50(BLR) 7.743 13.20 (BMU) 7.732 13.50 (HBA) DE-13-MI002-PTB003
Accredited certification <i>Überwachungsinstanz</i>	--	TÜV Nord GmbH (0158) Germany	PTB (0102) Germany

RMG Messtechnik GmbH

Butzbach, 15.04.2016



Dr. Michael Grexa, Managing director



Michael Schöch, Engineering Manager

Sitz der Gesellschaft Butzbach • Registergericht Friedberg HRB 2535

Geschäftsführung Barbara Baumann, Thorsten Dietz, Dr. Michael Grexa

Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2008

Seite 2 von 2